

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

PAQUETE PREPARADO PARA PRUEBA BOWIE & DICK

SECCION I: IDENTIFICACION QUIMICA

Producto: Paquete para prueba de control de funcionamiento de los esterilizadores de vapor con sistema de vacío (Prueba Bowie & Dick)

Papel envoltura: Crepado de celulosa (60gr/m²) verde

Indicador químico compuesto por una sal metálica y Azufre elemental sobre soporte de papel 180gr/m².

Cobertura absorbente, papel natural de pasta mecánica de 100gr/m²



SECCION II: COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

A: Papel impreso con la tinta reactiva

B: Papel absorbente

El indicador químico es una fórmula patentada por el fabricante que cambia de color de blanco a marrón por efecto del proceso de esterilización .

SECCION III: IDENTIFICACION DE RIESGOS

No existen riesgos asociados a su utilización.

SECCION IV: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

No aplicable.

.