mindray
healthcare within reach

+ Rápido

+ Inteligente

BeneHeart C Series

Información General



Tutoriales

1. Puesta en Marcha
2. Sustitución de Batería
3. Sustitución de los Electrodos
4. Video Presentaciones

mindray
healthcare within reach

5 años

1 Puesta en Marcha

2 Sustitución de Batería

mindray
healthcare within reach

Puesta en Marcha y Sustitución de Batería

Tras Colocar la Batería el equpo inicia un TEST de Puesta en Marcha
Tan solo hay que seguir las instrucciones

Puesta en Marcha

Tras Colocar la Batería el equpo inicia un TEST de Puesta en Marcha
Tan solo hay que seguir las instrucciones hasta finalizar el proceso

Power ON → Test Botón Descarga → Analisís → Test Adulto Pediátrico → Test Idiomas → Listo para el uso → Indicador de Estado Verde



Parpadea Luz VERDE
cada 5 seg.

Puesta en Marcha y Sustitución de Batería

1. Retirar la tapa trasera
2. Retirar la tapa trasera
3. Coger la Batería
4. Insertar la Batería haciendo coincidir los terminales
5. Colocar la tapa trasera
6. Apretar los Tornillos de seguridad de la tapa trasera

3 Sustitución de Electrodos

mindray
healthcare within reach

Sustitución de los Electrodos

Los Electrodos son de un solo uso, asi que deben cambiarse …

- **tras cualquier evento / aplicación de tratamiento**
- **… o cuando su fecha de caducidad lo indique.**
- **Cada 5 años**

1

Localizar el Conector

2

Retirar la tapa protectora

3

Desconectar el Electrodo existente y reconectar el nuevo

4 Video Presentaciones

https://youtu.be/XMJRQrvUCm4

https://youtu.be/g5MPgwQXmBs

https://youtu.be/QGL1xJHrAsQ

mindray
healthcare within reach

Video Presentaciones

https://youtu.be/XMJRQrvUCm4

https://youtu.be/g5MPgwQXmBs



https://youtu.be/QGL1xJHrAsQ

Gracias
por su atención!

mindray
healthcare within reach